

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Кировская областная клиническая больница №3»

610048, г. Киров обл.
ул. Московская, 163 а
тел. (8332) 51-59-72
т/факс (8332) 51-59-72
ip-travma@medstat.kirov.ru
«28».11.2013 г. № 4121
на № _____
от _____

Директору
ООО « _____ »

Уважаемый директор ООО « _____ »!

В соответствии с договорами №0340200014912000020-0331078-03 от 17.01.2013 года и №0340200014913000015-2 от 24.06.2013 года Ваша организация обеспечивает техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования больницы. В связи, с чем просим Вас уточнить взаимодействие установленного в нашей организации медицинского оборудования с планируемой системой микросотовой связи, которая работает в частотном диапазоне от 1880 МГц до 1900 МГц, и пиковый уровень выходной мощности составляет менее 0,25 Вт. Дать обоснованный ответ по тем единицам оборудования, где по Вашему мнению возможно взаимодействие микросотовой связи, в письменной форме до 04.12.2013 года.


Главный врач



Д.А. Курдюмов