

Индекс Сыворотки СА-400 СА-180

Анализ (F5)	Параметры (F6)	Калибровка (F7)	КК (F8)	Система (F9)	Состояние (F10)	Ур3	Выключить
-------------	----------------	-----------------	---------	--------------	-----------------	-----	-----------

Индексы сыворотки

Фактор А
Фактор В
Фактор С
Фактор D
Фактор E
Фактор F

1
1
1
1
1
1

Объем дозирования 2.0 мкл

Инструментальный фактор

Н
L
I

a
b

1.0 0.00
1.0 0.00
1.0 0.00

Тип реактива Разведение
Имя реактива Saline
Объем 150 мкл

Н
+
++
+++
++++

< 170
< 350
< 700
< 1000

L
+
++
+++
++++

< 180
< 400
< 800
< 1200

I
+
++
+++
++++

< 2500
< 4700
< 8900
< 13100

Сохранить

Отменить

Печатать

Парам

Парам. 2

ИСБ

Инф. Сыв.

Вычисления

Профиль

Порядок

Промывка

Монитор (F5)	Хим. Пар-ы. (F6)	Калибровка (F7)	КК (F8)	Сист. Парам-ры.	Обслуживание
--------------	------------------	-----------------	---------	-----------------	--------------

Плазател'Есыворотк

Метод 81
Название SI
Объем пробоотбора 2.2 мкл
Тип реактива Dil.
Реактив SALINE
Объем 180 мкл

Фактор А
Фактор В
Фактор С
Фактор D
Фактор E
Фактор F

1
1
1
1
1
1

Н
+
++
+++
++++

< 170
< 350
< 700
< 1000

L
+
++
+++
++++

< 180
< 400
< 800
< 1200

I
+
++
+++
++++

< 2500
< 4700
< 8900
< 13100

СъФрайГть

Отмен

казания

Введите номер теста (81).

Страница: 2/2