



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 647-60-81
E-mail: rostekhnadzor@gosnadzor.gov.ru
<http://gosnadzor.gov.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН КПП 7709561778/770901001

Председателю Профессионального
союза работников здравоохранения
Российской Федерации

А.И. Домникову

Ленинский проспект, д. 42,
офис 35-20, Москва, 119119

18.06.2021 № 01-044/243 от 18.05.2021

На № 01-044/243 от 18.05.2021

По вопросу обслуживания
паровых стерилизаторов

Управление государственного строительного надзора Ростехнадзора, рассмотрев Ваше обращение по вопросу эксплуатации паровых медицинских стерилизаторов, сообщает следующее.

Требования к безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, установлены в федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536, зарегистрированным Минюстом России 31.12.2020, рег. № 61998 (далее – ФНП ОРПД), подпунктом «ц» пункта 5 которых определено, что вышеуказанные ФНП ОРПД не применяются при использовании стерилизаторов, устанавливаемых в медицинских организациях для стерилизации медицинских изделий и обеззараживания медицинских отходов.

Медицинские стерилизаторы исключены из проекта в период его разработки в процессе согласования проекта согласно позиции Минздрава России (письмо заместителя Министра здравоохранения О.О. Сагалая от 01.09.2020 № 28-5/И/2-12518).

Эксплуатация таких стерилизаторов осуществляется в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя.

Согласно пункту 5 статьи 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» аттестация работников в области промышленной безопасности проводится в объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей.

Порядок проведения аттестации в области промышленной безопасности, установлен Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365. Вышеуказанные федеральный закон и постановление Правительства Российской Федерации не устанавливают требований об аттестации в области промышленной безопасности работников организаций, не осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Таким образом, аттестация в области промышленной безопасности работников организаций, связанных с эксплуатацией медицинских стерилизаторов в настоящее время не предусмотрена.

Начальник Управления
государственного строительного надзора

А.Н. Горлов