

Первич. примен.	Поз.обозначение	Наименование				Кол.	Примечание		
	C1,C2	Конденсатор К73-17-630В-0,15мкФ ОЖ0.461.104ТУ				2			
	C4,C5	Конденсатор К10-73-1б-Н50-0,33мкФ ОЖ0.460.172ТУ				2			
	C6,C7,C10	Конденсатор К50-35-160В-1мкФ ОЖ0.464.214ТУ				3			
	C8,C9	Конденсатор К50-35-63В-100мкФ ОЖ0.464.214ТУ				2			
	DD1,DD2	Микросхема К561Т/11 8К0.348.457ТУ5				2			
Справ. N	FU1	Вставка плавкая ВПБ6-2А ОЮ0.481.021ТУ				1			
		Держатель FPG4-45				1			
	FU2	Предохранитель Multifuse MF-R030, 0.3A				1			
	KV1	Реле электромагнитное 833Н-1А-24VDC				1			
	R1,R2	Резистор С2-33Н-0,5-1,2кОм±10% ОЖ0.467.173ТУ				2			
	R3,R4	Резистор С2-33Н-0,25-12кОм±10% ОЖ0.467.173ТУ				2			
	*)	Резистор С2-33Н-0,25-330кОм±10% ОЖ0.467.173ТУ				3	R5,R6,R15		
	R7	Резистор С2-33Н-0,25-1,8кОм±10% ОЖ0.467.173ТУ				1			
	R8,R9	Резистор С2-33Н-0,125-330м±10%ОЖ0.467.173ТУ				2			
	R10,R11	Резистор С2-33Н-0,25-10кОм±10% ОЖ0.467.173ТУ				2			
	R12	Резистор С2-33Н-0,25-2,7кОм±10% ОЖ0.467.173ТУ				1			
	R13,R18,R19	Резистор С2-33Н-0.25-27кОм±10% ОЖ0.467.173ТУ				3			
Инф. N	R14	Резистор С2-33Н-0,5-2,7кОм±10% ОЖ0.467.173ТУ				1			
	R16	Резистор С2-33Н-2-1,5кОм±10% ОЖ0.467.173ТУ				2			
	TV1	Трансформатор ТП-122-14				1			
	*)	Диод КД522Б ДР3.362.029ТУ				7	VD1,VD2,VD5,VD6 VD14,VD15,VD16		
	*)	Светодиод АЛ307КМ АА0.336.076ТУ				3	VD3,VD4,VD12		
	*)	Диод 1N4001				3	VD7,VD8,VD13		
	VD9,VD10	Стабилитрон ВZX55C8V2				2			
	VD11	Стабилитрон ВZX55C9V1				1			
	VU1,VU2	ОптомараКР3010				2			
	*)	Транзистор КТ3102БМ аА0.336.122ТУ				3	VT1,VT2,VT3		
						ВК754.09.330ПЭЗ			
	Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата				
	Инф. N подл.	Разраб.	Пилат			Плата парогенератора Перечень элементов	Лит.	Лист	Листов
Пров.		Андреев			A			1	
					ОАО "Тюменский завод медицинского оборудо- вания и инструментов"				
Н.контр.		Морозов							
Утв.		Пенязин							