

[Купить Журнал технического обслуживания медицинской техники](#)

**ЖУРНАЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ**

ЦентрМед

Центромаг

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

(наименование отделения или кабинета)

(наименование службы технического обслуживания)

(адрес и телефон службы технического обслуживания)

Договор на техническое обслуживание медицинской техники № _____ от _____ 20__ г.

Центромаг

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Перечень медицинской техники, включенной в договор о техническом обслуживании.....	3
Раздел 2. Сведения о проведении инструктажа медицинского персонала по правилам эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП) и правилам техники безопасности (ПТБ).....	4
Раздел 3. Сведения о выполнении работ по техническому обслуживанию медицинской техники.....	5
Раздел 4. Неисправности медицинского оборудования и их устранение.....	7
Раздел 5. Перечень типовых регламентных работ по техническому обслуживанию медицинской техники	18
Раздел 6. График выполнения работ по техническому обслуживанию медицинских изделий в лечебном учреждении	19
Раздел 7. Замечания по ведению журнала.....	20

Раздел 1. Перечень медицинской техники, включенной в договор о техническом обслуживании

Раздел 2. Сведения о проведении инструктажа медицинского персонала по правилам эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП) и правилам техники безопасности (ПТБ)

Раздел 3. Сведения о выполнении работ по техническому обслуживанию медицинской техники

Раздел 4. Неисправности медицинского оборудования и их устранение

Раздел 5. Перечень типовых регламентных работ по техническому обслуживанию медицинской техники

Контроль технического состояния			Периодическое техническое обслуживание
перечень работ	перед использованием	периодический	
1. Внешний осмотр рабочего места и изделия: проверка наличия экранов, ограждений, защитных устройств, средств предупредительной сигнализации	+	+	
2. Проверка соответствия изделия требованиям электробезопасности и надежности:			
- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей	+	+	
- проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок	-	+	
- контроль состояния устройств индикации и сигнализации	+	+	
- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу	-	+	
- контроль соблюдения графиков поверки средств измерений медицинского назначения	-	+	
3. Проверка наличия расходных материалов и заправка ими изделия	+	+	
4. Проверка готовности изделия к использованию: - проверка исходных положений органов управления	+	+	
5. Включение и проверка работоспособности изделия:			
- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок	-	+	
- инструментальный контроль основных технических характеристик	-	+	
- контроль выполнения операций, специфических для конкретного типа изделий	-	+	
			1. Очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей.
			2. Чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов.
			3. Затяжка ослабленных крепежных элементов.
			4. Заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др.
			5. Замена отработавших ресурс составных частей (щетки электромашин, фильтры и т.п.).
			6. Работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией.
			7. Настройка и регулировка изделия

Раздел 6. ГРАФИК

Выполнения работ по техническому обслуживанию медицинских изделий в лечебном учреждении

наименование ЛПУ

наименование отделения в ЛПУ

Договор от «__» 20__ года №__

Периодичность	Недели месяца				
	I	II	III	IV	V
Понедельник					
Вторник					
Среда					
Четверг					
Пятница					
Ежемесячно					

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный представитель ЛПУ _____
Подпись _____ Ф.И.О. _____

Начальник участка _____
Подпись _____ Ф.И.О. _____

Инженер _____
Подпись _____ Ф.И.О. _____

Раздел 7. Замечания по ведению журнала

Центромаг

В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов
«____» _____ 20____ г.
Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)